

## 1. Áttekintés

Ez a sorozat stabil, biztonságos és megbízható digitális fénymérő, és egy modellben Bluetooth kommunikációs funkcióval rendelkezünk, amelyet széles körben használnak műhelyekben, raktárakban, könyvtárban, irodában, laboratóriumban, otthoni, világítási vállalkozásokban, utcai világításépítésben és másokban. Kijelzője: HD LCD.

Ez a kezelési útmutató tartalmazza a vonatkozó biztonsági információkat és figyelmeztetéseket. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és szigorúan kövesse az összes óvintézkedést.

## 2. A csomag tartalma


Nyissa ki a csomagolódobozt, és vegye ki a mérőt. Kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy nincsenek-e hiányzó vagy sérült elemek.

- Kezelési útmutató: 1db
- 9V elem: 1db
- Tasak: 1db

## 3. A termék funkciója


- 3.1. Kicsi, stabil és megbízható
- 3.2. HD LCD háttérvilágítású kijelzővel
- 3.3. Relatív/Max./Min. érték, adattartási funkció
- 3.4. Bluetooth kommunikációs funkció, adatok megtekintése bármikor (BT modell)

## 4. Kijelző



(1)	Bluetooth kommunikációs szimbólum
(2)	Relatív érték szimbólum
(3)	Adattartási szimbólum
(4)	Lábgyertya egység szimbóluma
(5)	Lux egység szimbóluma
(6)	Mérési érték
(7)	Tartomány és érték *10 vagy érték *100 szimbólum
(8)	Alacsony töltöttség szimbólum
(9)	Min. érték mérési szimbólum
(10)	Max. érték mérési szimbólum
11	Automatikus tartomány szimbólum
12	Automatikus kikapcsolás szimbólum

## 5. Biztonsági utasítások


- 4.1. Kérjük, használat előtt ellenőrizze a mérőműszert és a tartozékokat, és óvakodjon minden sérüléstől vagy rendellenes jelenségtől. Ha úgy találja, hogy a mérő sérült, vagy az LCD kijelzőn nem látszik semmi, vagy úgy véli, hogy a mérő már nem működik megfelelően, kérjük, hagyja abba a használatát
- 4.2. A mérés során tartsa be a használati utasítást.
- 4.3. Ne szerelje szét a fénymérőt.
- 4.4. Ha az LCD kijelzőn megjelenik a „” jel, cserélje ki az elemet. Vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem használja.
- 4.5. Ne tárolja vagy használja a mérőműszert magas hőmérsékleten, magas páratartalommal,

gyúlékony, éghető vagy erős elektromágneses környezetben.

4.6. A mérő tisztításához használjon puha ruhát és semleges tisztítószer.

A mérőműszer védelme érdekében ne használjon maró anyagot, vagy oldószert.

## 6. Felépítése



(1)	Megvilágítás érzékelő	(2)	Forgástengely
(3)	LCD képernyő	(4)	Tartománykapcsoló gomb
(5)	Relatív tesztgomb / Bluetooth gomb (csak BT modell esetén)		
(6)	Elemtartó fedele (hátlap)		
(7)	Adattartás / háttérvilágítás gomb		
(8)	Max. / Min. / Mégse Automatikus leállítás gomb		
(9)	Főkapcsoló gomb		
(10)	Egységválasztó gomb		

**7. Gombok leírása (Megjegyzés: Rövid megnyomás kevesebb, mint 2 másodperc, hosszú megnyomás több mint 3 másodpercig.)**

**7.1. POWER:** tápkapcsoló. Röviden nyomja meg ezt a gombot a bekapcsoláshoz, hosszan nyomja meg ezt a gombot a kikapcsoláshoz.

**7.2. MAX/MIN:** Maximum és Minimum érték mérése vagy az automatikus leállítás megszakítása  
 Max. és Min. érték mérése: röviden nyomja meg ezt a gombot a Max. és Min. értékmérés; Nyomja meg hosszan ezt a gombot a normál érték mérésének visszatéréséhez.  
 Az automatikus leállítás megszakítása: Az automatikus leállítási funkció alapértelmezés szerint már be van állítva a mérő bekapcsolása után, 10 percig bármilyen művelet nélkül, a mérő automatikusan kikapcsol. és megszakíthatja az automatikus leállítási funkciót, ha megnyomja és lenyomva tartja a MAX / MIN gombot leállítási állapotban, majd röviden nyomja meg a POWER gombot, és a képernyőn megjelenő "" szimbólum eltűnik.

**7.3. HOLD/BL:** adattartás/háttérvilágítás  
 Adattartás: rövid ideig nyomja meg egyszer az aktuális mérési adatok tárolásához, majd nyomja meg ismét röviden az adattartásból való kilépéshez.

Háttérvilágítás: Nyomja meg hosszan ezt a gombot a képernyő háttérvilágításának bekapcsolásához, majd nyomja meg hosszan ismét a háttérvilágítás kikapcsolásához.

**7.4. SELECT:** Mértékegység kiválasztása  
 Röviden nyomja meg ezt a gombot az egység kiválasztásához: LUX /FC (lábgyertya) egység (A LUX egység a bekapcsolás után már alapértelmezés szerint be van állítva) 1 FC = 10,764 LUX 1 LUX = 0,093 FC

**7.5. REL:** Relatív érték mérése  
 Nyomja meg röviden ezt a gombot a relatív érték mérésének megkezdéséhez, röviden nyomja meg ismét a bezáráshoz.

**7.6. RANGE:** Tartományváltás  
 Rövid megnyomásával ez a gomb kiválaszthatja a kézi tartományt vagy az automatikus tartományt. Az FC

(lábggyertya) sorrendben választhatja ki a kézi tartományt: 20, 200, 2000, 20000. A LUX sorrendben választhatja ki a kézi tartományt: 200, 2000, 20000, 200000.

## 8. Bluetooth utasítás

8.1. Nyomja meg hosszan a REL / gombot a Bluetooth funkció megnyitásához / bezárásához (BT modell). A Bluetooth csatlakoztatásához telepítenie kell az AiLink alkalmazást a telefonjára.

8.2. Az iOS eszköz letölthető az App Store-ból, az Android eszköz letölthető az App a Play Store-ból, vagy kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot a letöltéshez.

8.3. Bluetooth alkalmazás csatlakozás a termékünkhöz: Nyissa meg egyszerre a termék Bluetooth-ját és mobiltelefonját, kattintson az alkalmazásra, és nyomja meg a "+" gombot az eszközök kereséséhez, és válassza ki a csatlakoztatni kívánt megfelelő termékeket az AiLink alkalmazásban.



## 9. Termékleírás

Tápegység	9V akkumulátor(6F22)
Mintavételi arány	2-szer / s
Spektrális tartomány	320 ~ 730nm
Érzékelő típusa	Szilícium fotocella
Méret	154x60x3 1 mm
Súly	Körülbelül 185 g (elemmel együtt)

## 10. Technikai index

LCD kijelző	4 számjegyű kijelző
Megvilágítási tartomány	0 -199999 LUX
	0 - 19999 FC(lábggyertya)
Megvilágítás pontossága	±4% (normál lapos lámpával kalibrálva vagy 2856k normál színhőmérséklettel)
	±(6%+5Lux) egyéb látható fényforrások
Megvilágítás felbontása	LUX: < 200, 0,1 LUX
	LUX: ≥200, 1 LUX
	FC: <20, 0,01 FC
	FC: >200, 1 FC
A koszinusz szög eltérési jellemzője	30°, ±2% 60°, ±6% 80°, ±25%
Üzemi hőmérséklet/páratartalom	0-40°C(<90% relatív páratartalom, nem lecsapódó)
Tárolási hőmérséklet/páratartalom	-20-60°C(<75%relatív páratartalom)

# DIGITAL LIGHT METER

## MANUAL

### 1. Overview

This series is a stable, safe and reliable digital light meter, and we have Bluetooth communication function in one model, widely used in workshop, warehouse, library, office, laboratory, home, lighting enterprises, street lighting construction and others. They have the feature of highly integration, HD LCD, beautiful, clear.

This operating manual includes relevant safety information and warnings. Please read this manual carefully and follow all the cautions strictly.

### 2. Open-package inspection

Open the packing box and take out the meter. Please check carefully if any items are missing or damaged.

- Operating manual -1pc
- 9V battery-1pc
- Bag-1pc (Please contact with your supplier, if you find out any problems)

### 3. Product function

- 3.1. Small, exquisite, stable and reliable
- 3.2. HD LCD with backlight display
- 3.3. Relative/Max./Min. value, data hold function
- 3.4. Bluetooth communication function, view data at any time (BT model)

### 4. Safety instruction


- 4.1. Please check the meter and the accessories before using and beware of any damage or abnormal phenomenon. If you find the meter is damaged or the LCD shows nothing, or you consider that the meter could not work properly anymore, please stop using it
- 4.2. Observe the operating instructions while measuring.
- 4.3. Do not open the meter at will or change internal wiring to avoid damage to the meter

4.4. When the LCD displays "□", replace the battery. Remove the battery if you do not use it for a long time.

4.5. Do not store or use the meter in high temperature, high humidity, flammable, combustible, or strong electromagnetic environment.

4.6. Please use soft cloth and neutral detergent to clean the meter for maintenance. To protect the meter, do not use corrosive agent or solvent to clean it

### 5. Display instruction



①	Bluetooth communication symbol
②	Relative value symbol
③	Data hold symbol
④	Foot candle unit symbol
⑤	Lux unit symbol
⑥	Measurement value
⑦	Range and value *10 or value *100 symbol
⑧	Low voltage symbol
⑨	Min. value measurement symbol
⑩	Max. value measurement symbol
11	Automatic range symbol
12	Automatic shutdown symbol

### 6. Appearance description



①	Illumination sensor	②	Rotation axis
③	LCD screen	④	Range switch button
⑤	Relative test key / Bluetooth key (BT model only)		
⑥	Battery cover (back)		
⑦	Data hold / backlight button		
⑧	Max. / Min. / Cancel Auto shutdown button		
⑨	Power switch button		
⑩	Unit selection button		

## 7. Key instruction (Note: Short press less than 2 seconds, long press more than 3s.)

7.1. POWER: power switch. Short press this key to power on, long press this key to power off.

7.2. MAX/MIN: Maximum and Minimum value measurement or cancel the automatic shutdown

Max. and Min. value measurement: short press this key to select the Max. and Min. value measurement; Long press this key to return to the normal value measurement.

Cancel the automatic shutdown: The automatic shutdown function is already set by default after the meter is turned on, without any operation for 10 minutes, the meter will shut down automatically. and you can cancel automatic shutdown function by press and hold the MAX/MIN key in the shutdown state, then short press the POWER key, and the symbol "⊗" on the screen will disappear.

7.3. HOLD/BL: data hold/backlight

Data hold: short press once to hold the current measurement data, short press again to exit the data hold.

Backlight: Long press this key to turn on the screen backlight, and long press again to turn off the backlight.

7.4. SELECT: Measurement unit selection

Short press this key to select unit: LUX /FC (foot candle) unit (The LUX unit is already set by default after power on)  $1\text{FC} = 0.764\text{LUX}$   $1\text{LUX} = 0.093\text{FC}$

7.5. REL: Relative value measurement

Short press this key to start relative value measurement, short press again to close.

7.6. RANGE: Range switching

Short press this key can select manual range or automatic range. FC (foot candle) can select manual range in sequence: 20, 200, 2000, 20000. LUX can select manual range in sequence: 200, 2000, 20000, 200000.

## 8. Bluetooth instruction

8.1. Long press the REL/\* key to open/close the Bluetooth function (BT model). To connect Bluetooth, you need to install AiLink App on your phone.

8.2. iOS device are available to download the App on App Store, Android device are available to download the App on Play Store, or please scan the QR code below to download.

8.3. Bluetooth App connect with our product: Open the Bluetooth of the product and your mobile phone at the same time, click into the App and press "+" key to search the devices around, and select the corresponding products to be connected in AiLink App.



## 9. Technical index

LCD Display	4 digits display
illuminance range	0 -199999 LUX
	0 - 199999 FC (foot candle)
illuminance accuracy	±4% (Calibrated by standard flat lamp or standard color temperature of 2856k)
	±(6%+5Lux) other visible light sources
illuminance resolution	LUX: < 200, 0.1 LUX
	LUX: ≥200, 1 LUX
	FC: <20, 0.01 FC
	FC: ≥200, 1 FC
Deviation feature of cosine Angle	30°, ±2% 60° , ±6% 80° , ±25%
Operation temperature/humidity	0-40°C(<90%RH Non - Condensing)
Storage temperature/humidity	-20-60°C(<75%RH)

## 10. Specification

Power	9V battery(6F22)
Sampling rate	2 times/s
Spectral range	320~730nm
Sensor type	Silicon photocell
Size	154x60x31 mm
Weight	About 185g (including battery)